

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Direttore: Dott. Giuseppe Rodolico

S.C. di Urologia

Direttore: dr. Giuseppe Rodolico

Spett.le STORZ MEDICAL
STORZ MEDICAL ITALIA S.r.l.

Andrea Foroni

Direttore Commerciale

segreteria@storzmedical.it

Responsabile del Procedimento

Dott. Domenico Dominelli

garecontratti@aspvv.it

Oggetto: *Chiarimenti nota 07 settembre 2021 - Procedura negoziata per il noleggio di un'apparecchiatura mobile per il servizio di litotrissia extracorporea da eseguirsi presso la S.C. di Urologia dello S.O. di Tropea. CIG 8877194C39;*

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

La scelta delle caratteristiche tecniche e la loro valutazione ponderata è stata effettuata sulla base di criteri funzionali che soddisfano le esigenze e le preferenze degli operatori, tenuto conto anche dell'esperienza degli stessi.

Il capoverso delle caratteristiche tecniche richieste in sede di procedura di gara aperta, vedi "ALLEGATO A", riporta la dicitura "**caratteristiche tecniche di massima**", con il solo obiettivo di individuare un'apparecchiatura più avanzata e innovativa, di ultima generazione, di elevata fascia tecnologica, che consenta una maggiore accuratezza terapeutica e la massima possibilità di partecipazione delle ditte interessate alla procedura di cui all'oggetto.

Per tale ragione, anche operatori economici con apparecchiature non in possesso di alcuni dei suddetti requisiti – vedi "ALLEGATO A" pag. 2 N.B. - possono partecipare alla procedura di gara la cui aggiudicazione avverrà sulla base di una pluralità di parametri, come indicato nella griglia di valutazione.

Inoltre, secondo l'art. 68, comma 7, d. lgs. n. 50/2016, gli operatori economici possono colmare eventuali lacune sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, dimostrando che "**le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche**".

Cordiali saluti.

Vibo Valentia lì 14.09.2021

Il Direttore

Dott. Giuseppe Rodolico

